

Płock, dnia 30 października 2020 roku

PZOZ/DZP/382/35PN/20

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu okulistycznego**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1

dotyczy pakietu nr 1 „Parametry ogólne” pkt.1, oraz SIWZ pkt 14.1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w ramach Pakietu nr 1 z okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

dotyczy tabeli wymaganych parametrów technicznych – pakiet nr 3

Czy w punkcie 9 wymaganych parametrów technicznych Zamawiający poprzez profil skanowania kołowy ma na myśli skan umożliwiający wyznaczenie grubości włókien nerwowych na pierścieniu 3,4 mm wokół tarczy nerwu wzrokowego?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Poprzez ww. zapisy Zamawiający rozumie skan o profilu kołowym wokół tarczy nerwu wzrokowego do wyznaczania grubości włókien nerwowych.

Pytanie nr 3

dotyczy tabeli wymaganych parametrów technicznych – pakiet nr 3

Czy w punkcie 9 wymaganych parametrów technicznych Zamawiający poprzez profil skanowania raster rozumie skan, który umożliwia zwizualizowanie plamki skanami horyzontalnymi i wertykalnymi?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Poprzez ww. zapisy Zamawiający rozumie skan o profilu rastra do zwizualizowania plamki skanami wertykalnymi i horyzontalnymi.

Pytanie nr 4


dotyczy formularza cenowego - Załącznik Nr 5.2. do SIWZ – w przypadku pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tabeli cenowej poprzez dodanie dodatkowej pozycji stanowiącej zestaw komputerowy niezbędny do prawidłowej pracy tomografu okulistycznego, który to zestaw zgodnie z przepisami prawa polskiego oprocentowany jest 23% stawką podatku VAT.

Wyjaśnienie treści SIWZ PZOZ/DZP/382/35PN/20

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
email: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji tabeli cenowej w zakresie dodania dodatkowej pozycji dla zestawu komputerowego, oprocentowanego stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Pytanie nr 5

dotyczy wzoru umowy §3 ust. 8 – pakiet nr 3

Czy Zamawiający w przypadku konieczności naprawy przedmiotu zamówienia u producenta za granicą, która może trwać dłużej niż 15 dni roboczych i w przypadku wstawienia na czas przedłużającej się naprawy sprawnego urządzenia zastępczego o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia, zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia nowego urządzenia, chyba, że naprawa przedmiotu umowy nie będzie możliwa?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ, ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, § 3 punkt 5:

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu punktu 5 na następującą treść:

Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane w godzinach pracy Wykonawcy 8:00-16:00, w dni robocze. W tym celu, Wykonawca wskazuje Zamawiającemu adres poczty elektronicznej oraz faks, dostępny dla Zamawiającego całodobowo. W razie ujawnienia wady/usterki Zamawiający zawiadamia o tym fakcie e-mailem, telefonicznie lub faxem Wykonawcę, który w czasie 48 godzin w dni robocze /czas reakcji serwisowej/ od chwili przyjęcia zgłoszenia zobowiązuje się w miejscu używania sprzętu do zidentyfikowania wady/usterki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 3 ust. 5 Istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane w godzinach pracy Wykonawcy 8:00-16:00, w dni robocze. W tym celu, Wykonawca wskazuje Zamawiającemu adres poczty elektronicznej oraz faks, dostępny dla Zamawiającego całodobowo. W razie ujawnienia wady/usterki Zamawiający zawiadamia o tym fakcie e-mailem, telefonicznie lub faxem Wykonawcę, który w czasie 48 godzin w dni robocze /czas reakcji serwisowej/ od chwili przyjęcia zgłoszenia zobowiązuje się w miejscu używania sprzętu do zidentyfikowania wady/usterki”.

Załącznik Nr 5.3. do SIWZ – dla pakietu nr 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Wyjaśnienie treści SIWZ PZOZ/DZP/382/35PN/20

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
email: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy








Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik Nr 5.3. do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3 Aparat do tomograficznej angiografii angio-OCT

Nazwa i adres Wykonawcy

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Typ, model i producent	Ilość	JM	cena jedn. Netto w PLN	wartość netto w PLN	stawka vat %	wartość brutto w PLN
1.	Aparat do tomograficznej angiografii angio-OCT opis zgodnie z zał. nr 3.3. do formularza ofertowego		1	szt.			8	
	zestaw komputerowy niezbędny do prawidłowej pracy tomografu okulistycznego		1	szt.			23	
Razem								

PARAMETRY PUNKTOWANE

l.p.	Parametr	Wymagana odpowiedź	Punktacja
1.	Analiza SS-OCT Swept Source	TAK/NIE (podać)	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
2.	Funkcja angiografii fluoresceinowej .	TAK/NIE (podać)	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
3.	Funkcja autofluorescencji	TAK/NIE (podać)	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
4.	Jaskrowy Raport Hood	TAK/NIE (podać)	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Stawicki

PROKURANT
Maja Kulesza

Wyjaśnienie treści SIWZ PZOZ/DZP/382/35PN/20

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
email'em na: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

STARSZY SPECJALISTA
Waldemar Chmiel

KIEROWNIK
Działu Obsługi Technicznej
Joanna Białke
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Dagmara Bednarska