



Płock, dnia 11 stycznia 2021 roku

PZOZ/DZP/382/53PN/20

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, myjni oraz drukarki do aparatu angio OCT**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 4 Myjnia – Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego – 2szt.

dotyczy Wymaganych Parametrów Technicznych, Załącznik 3.4., Pakiet nr 4 tabela pkt. Lp. 1
Prosimy o dopuszczenie urządzeń wyprodukowanych w roku 2021

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i zmieni dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2

dotyczy Wymaganych Parametrów Technicznych, Załącznik 3.4., Pakiet nr 4 tabela pkt. Lp. 7
Prosimy o dopuszczenie urządzeń wyposażonych w trzy niezależne od siebie czujniki, gdzie jeden z nich jest umieszczony na spodzie komory, a pozostałe dwa w górnej jej części. Norma PN-EN 15883 wymaga by czujniki były umieszczone w najtrudniejszych dla zbadania miejscach. Miejsca te ustala producent urządzenia na podstawie konstrukcji i kształtu komory. Proponowane rozwiązanie jest równoważne do zapisów zapytania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

dotyczy Wymaganych Parametrów Technicznych, Załącznik 3.4., Pakiet nr 4 tabela pkt. Lp. 11

Prosimy o dopuszczenie urządzeń z systemem 11 dysz myjących strumieniowych i rotacyjnych wyposażonym w główną dużą dyszę rotacyjną zapewniającą dużą efektywność czyszczenia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Rozwiązanie to gwarantuje taką samą - doskonałą skuteczność mycia i dezynfekcji, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 15883.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

dotyczy Wymaganych Parametrów Technicznych, Załącznik 3.4., Pakiet nr 4 tabela pkt. Lp. 12
Wnosimy o możliwość zaoferowania urządzeń o wydajności pompy wody 346 litrów/min, przy mocy pompy 0,8 kW. W proponowanym przez rozwiązanie uzyskuje się kilkakrotnie większą wydajność pompy wody, co powoduje zdecydowanie większą skuteczność i efektywność mycia oraz skraca czas trwania procesu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9

Pytanie nr 5

dotyczy Wymaganych Parametrów Technicznych, Załącznik 3.4., Pakiet nr 4 tabela pkt. Lp. 17

Prosimy o dopuszczenie urządzeń, w których programy uruchamiane są przyciskami dotykowo-optycznymi, znajdującymi się na panelu sterującym. Jest to parametr zdecydowanie korzystniejszy od opisanego, ponieważ przyciski dotykowe są trwalsze i łatwiejsze w myciu i dezynfekcji. Panel z przyciskami dotykowymi tworzy całkowicie gładką powierzchnię, nie ma jakichkolwiek elementów wystających, tym samym niemożliwe jest uszkodzenie/wytarcie przycisków. Dzięki temu mycie i dezynfekcja powierzchni zewnętrznych myjni jest znacznie ułatwiona. Konstrukcja panelu umożliwia obsługę w rękawiczkach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

dotyczy Wymaganych Parametrów Technicznych, Załącznik 3.4., Pakiet nr 4 tabela pkt. Lp. 20

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjni dezynfektory o maksymalnym wytwarzanym poziomie hałasu 54 dB. Powyższy parametr nieznacznie odbiega od zapisów zapytania, jest zgodny z normą PN EN ISO 15883 i nie wpływa na eksploatację urządzenia. Różnica pomiędzy wartością opisaną w zapytaniu, a oferowaną jest w praktyce nieodczuwalna i nie powoduje żadnego dyskomfortu dla użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Tabela Wymagane Parametry Techniczne załącznik 3.4. do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik 3.4. do Formularza ofertowego
Pakiet nr 4 - Myjnia - Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego – 2 szt.

.....
Model/ typ, producent/ kraj, rok produkcji

Lp.	Wymagane Parametry Techniczne
1	Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) oraz prawnych, nie powystawowe, produkowane seryjnie, rok produkcji 2020/2021
2	Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, suszenia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, misek do mycia chorych i innych naczyń sanitarnych.
3	Wysokość otworu drzwiowego nie mniejsza niż 37 cm umożliwiającą łatwe wkładanie basenów z długą rączką.
4	Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik
5	Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3
6	Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie od A ₀ 60 do A ₀ 3000
7	Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej






8	Proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka chemicznego - preparatu okamieniającego od dowolnie wybranego producenta
9	Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki lub jedna miska do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm.
10	Usuwa spor <i>Clostridium difficile</i> bez zastosowania środka sporobójczego – skuteczność potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji.
11	System 11 lub 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym główna dysza rotacyjna lub wachlarzowa zapewniająca skuteczność mycia wewnątrz naczyń.
12	Wysokowydajna, energooszczędna pompa wody o zakresie od 60 do 100 litrów/min. o maksymalnej mocy 0.6 kW
13	Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia.
14	Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem
15	Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A_0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim
16	Optyczne i akustyczne informacje o usterkach
17	Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia lub przyciskami dotykowo – optycznymi, znajdującymi się na panelu sterującym.
18	Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A_0 w trakcie procesu dezynfekcji zgodnie z ISO PN EN 15 883-1
19	Maksymalne zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów program normalny do 21 litrów program intensywny do 26 litrów
20	Poziom wytwarzanego hałasu nie wyższy niż 54 dB
21	Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1
22	System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia
23	Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii
24	Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ø
25	Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN 1717 z przerwą powietrzną typu AA
26	Urządzenie wyposażona w system dozowania środka myjącego

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ilości sztuk w Pakiecie nr 1 z 3 szt. na 5 szt.

W związku z powyższym zmieniają się zapisy SIWZ w następujących miejscach:

3. Opis przedmiotu zamówienia





3.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz myjni z podziałem na pakiety w ramach projektu „Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”.**

Pakiet nr 1 Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie **5 szt.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, myjni oraz drukarki do Aparatu OCT z podziałem na pakiety.**

Pakiet nr 1 Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie **5 szt.**

Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego

Pakiet nr 1 – Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie **5 szt.**

Załącznik Nr 5.1. do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie – 5 szt.

Nazwa i adres Wykonawcy

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Typ, model i producent	Ilość	JM	cena jedn. Netto w PLN	wartość netto w PLN	stawka vat %	wartość brutto w PLN
1.	Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie opis zgodnie z zał. nr 3.1. do formularza ofertowego		5	szt.			8	

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEDZIEŁY ZARZĄDU
Marek Stawicki

PROKURANT
Maja Kulesza

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Dagmara Bednarska